Kullanım Talimatları

INSTRUCTIONS AVAILABLE → TRANSLATION AVAILABLE → https://medicaldevicesinc.com/ifu/

Ürün Açıklaması

Halo Vent'ler, yapışkan bir hidrojel tabakası ve yapışkan (lateks olmayan) bir arka tabakadan oluşan tıbbi cihazlardır. Halo Vent'ler hiçbir tıbbi madde içermez ve hayvan veya insan türevlerinden üretilmemiştir. Halo Vent'ler sıvılara karşı geçirgen olmayıp yarayı kapatır. Halo Vent'ler, hastanın bir sağlık kuruluşuna nakledilene kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır; nakilden sonra hasta değerlendirmesi ve bakım sonrası için çıkarılır.

Kullanım Endikasyonları

Halo Vent'ler, acil müdahale ekiplerine ve hastane öncesi ortamda sağlık çalışanlarına yardımcı olan standart pansuman uygulama tekniklerini kullanarak torasik yaraların tedavisine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Halo Vent'ler yaraları kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Pansumanı dikişlerin ve diğer birincil yara kapatma yöntemlerinin yerine kullanmayın. Halo Vent'ler tek kullanımlık bir üründür. Halo Vent'leri tekrar kullanma girişimleri kontaminasyona ve enfeksiyona neden olabilir.

Kullanım Amacı/İstenen Amaç

Halo Vent'ler, göğüs yaralarından havanın dışarı atılmasını sağlar. Halo Vent'ler, penetran torasik travma sonucu oluşabilecek tansiyon pnömotoraksın önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olur.

Hasta Profili

Halo Vent'ler potansiyel torasik yarası olan hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygulama

1. Temiz ve kuru alan.
2. Şeffaf astarı çıkarın. Kirlenmeyi önlemek için uygulama öncesi ikincil yüzeye koymayınız.
3. Halo Vent'i jel tarafı aşağı bakacak şekilde ve Vent'i yaranın ortasına gelecek şekilde yerleştirin.
4. Hafif baskı uygulayın, uygulama esnasında germeyin.
5. Hastayı değerlendirmeye devam edin ve havalandırılmış göğüs contasının eylemini izleyin. Tansiyon pnömotoraks gelişimine dair semptomlar açısından hastayı izleyin.

   Bu belirtiler şunları içerebilir:

   a. Keskin göğüs ağrısı, solunum hızında artış, nefes darlığı, taşikardi, istirahatte hızlı kalp hızı veya düşük kan basıncı.

   b. Mavi veya renk değiştirmiş cilt, dudaklar, tırnaklar veya şah damarı gerginliği — bir kişinin boynunun sağ tarafından aşağı doğru uzanan damarlarda bir çıkıntı.
6. Gerekirse Halo Vent'i havalandırın ve tekrar kapatın.
7. Ek torasik yaralar mevcutsa, 1-4. adımları başka bir Halo Vent ürünüyle tekrarlayın.
8. Hastayı tedavi ve değerlendirme sonrası için acil bakım tesisine nakledin.
9. Kullanımdan sonra yerel tıbbi cihaz atık yönetmeliklerine uygun şekilde atın.

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com

Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center Dr, STE 100, Romulus, MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com

CE 2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MDI Medical Devices, Inc.

Doc. No.: MAW-0563 rev04 Turkish

Kullanım Talimatları

INSTRUCTIONS AVAILABLE → TRANSLATION AVAILABLE → https://medicaldevicesinc.com/ifu/

Uyarılar

- Hastanın vücut ağırlığı veya diğer acil durum ürünleri tarafından tıkanabileceği şekilde Halo Vent'i engellemeyin; bu, düzgün çalışma yeteneğini azaltabilir veya durdurabilir.
- Halo Vent'in yaranın çevresini tamamen kapatarak hava, sıvı ve döküntülerin girmesini önlediğinden emin olun. Göğüs yaralanması olan kişiler değerlendirme için derhal bir sağlık kuruluşuna veya travma merkezine götürülmelidir.
- Halo Vent'i dikişlerin ve diğer birincil yara kapatma yöntemlerinin yerine kullanmayın.
- Halo Vent'i tekrar kullanma girişimleri kontaminasyona ve enfeksiyona neden olabilir.
- Kullanımdan sonra yerel tıbbi cihaz atık yönetmeliklerine uygun şekilde atın.
- Çıkıntılı nesnelerin üzerine yerleştirmeyin, aksi takdirde yaralanma daha da kötüleşebilir veya havalandırma kanalları zarar görebilir.

Kontrendikasyonlar

Ameliyat sonrası uygulamalarda kullanmayınız.

Performans Özellikleri

- Aşırı koşullarda ve sıcaklık aralıklarında, nem, plevra sıvıları ve/veya kan varlığında bile cilt yüzeyine yapışır.
- Pansuman, yaranın çevresini etkili bir şekilde kapatacak, onu örtecek ve koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Göğüs boşluğundan hava çıkışına izin verir ve dış ortamdan yaraya girebilecek sıvı, hava ve döküntülere karşı geçirgen değildir.

Klinik Faydalar

- Yarayı kirletebilecek hava, sıvı veya döküntülerin girme riskini azaltır.
- Acil durumlarda hastanın sağlık kuruluşuna nakledilene kadar ek süre sağlar.
- Tansiyon pnömotoraks riskinin azalması.

Klinik İddialar

- Üreticinin talimatlarına uygun olarak uygulandığında yaranın çevresini etkili bir şekilde kapatır.
- Yarayı kirletebilecek sıvı, hava ve döküntülere karşı geçirgen değildir.
- Göğüs boşluğundaki havanın dışarı atılmasını sağlayarak tansiyon pnömotoraks riskini azaltır.

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com

Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center Dr, STE 100, Romulus, MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com

CE 2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MDI Medical Devices, Inc.

Doc. No.: MAW-0563 rev04 Turkish